



RI.271.2.20.2018

Łódź 13.06.2018 roku

**Wykonawcy uczestniczący
w zapytaniu ofertowym**

Dotyczy: Zakupu i dostawy specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Nowosolna

Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 13 czerwca 2018r.

Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do treści zapytania ofertowego nr RI.271.20.2018. Poniżej Zamawiający podaje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytania:

1. Czy wymagają Państwo certyfikowanego uchwytu, który wymagany w rozporządzeniu na , które się Państwo powołują ?
Ad.1
NIE,
2. Czy wymagają Państwo baterii , którą można ładować?
Ad. 2
TAK
3. Czy urządzenie ma być kompatybilne z defibrylatorami klinicznymi LifePak ?
Ad.3
TAK
4. Czy bateria musi wykonać minimum 300 defibrylacji (zgodnie z rozporządzeniem na które Państwo się powołują)
Ad. 4
TAK
5. Ile elektrod ma być w zestawie ?
Ad. 5
Dwa komplety elektrod

Pozostałe postanowienia zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składnia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

z up. WÓJTA

Stawomir Jasiński
Sekretarz Gminy

W załączeniu:

Zapytanie cenowe po modyfikacji z dnia 13.06.2018r.